



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 6/2018 για την Προμήθεια Μικροεξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου BIOIMAGING.

Στο Τεύχος του Συνοπτικού Διαγωνισμού **6/2018** για την Προμήθεια Μικροεξοπλισμού διορθώνουμε στο είδος 6 Ανταλλακτικό φίλτρο DeepSee laser του SP5-MP αντί SP-8MP το οποίο λανθασμένα γράφηκε.

Συμπληρώνουμε επίσης στο είδος 2 περισταλτική αντλία, ότι πρέπει να μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στο θάλαμο του SP5-MP confocal.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π

Ομότιμη Καθηγ. Φ. Στυλιανοπούλου