



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ  
INSTITUT PASTEUR HELLENIQUE

Αθήνα, 29-01-2019

ΑΠ: 545

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΔΟΧΕΙΟΥ ΞΗΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ.**

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Ν.Π.Ι.Δ που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Βασ. Σοφίας 127, στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του λαβρακιού έναντι της ιογενούς νευρικής νέκρωσης από *b-nodanivus*, με δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης» με Κωδικό MIS 5010925 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (ΑΔΑ: Ψ1ΙΧ4653ΠΓ-Ο5Ψ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα της παρούσας πρόσκλησης:

ΕΙΔΟΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV <sup>2</sup>	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Π/Υ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Καθ. Αξία σε €)	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €)	ΦΠΑ (σε €)	ΣΥΝΟΛΟ (σε €)
Δοχείο ξηρής μεταφοράς υγρού αζώτου	44612000-3	14.09	1	1500,00	1500,00	360,00	1860,00
Τροχήλατη βάση μεταφοράς	34912000-3	14.09	1	160,00	160,00	38,40	198,40

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Δοχείο ξηρής μεταφοράς υγρού αζώτου**

1. Δοχείο υγρού αζώτου ξηρής μεταφοράς (dry shipper) με κάνιστρα για την αποθήκευση βιολογικών δειγμάτων.
2. Το δοχείο θα πρέπει να φέρει εσωτερική επένδυση από ειδικό απορροφητικό υλικό στο οποίο θα απορροφάται το υγρό άζωτο ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος εκροής υγρού αζώτου σε οποιαδήποτε συνθήκες. Η αποθήκευση των βιολογικών δειγμάτων θα γίνεται σε αέρια (ξηρή) φάση.
3. Η διάμετρος του στομίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 cm από όπου θα στηρίζονται δύο κάνιστρα αποθήκευσης βιολογικών δειγμάτων σε κρουοφυαλλίδια των 2 mL.
4. Το δοχείο θα πρέπει να συνοδεύεται από μεταλλικά στηρίγματα κρουοφυαλλιδίων (canes) επί των οποίων θα τοποθετούνται σε σειρά τα κρουοφυαλλίδια. Η συνολική χωρητικότητα κρουοφυαλλιδίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 δείγματα.

<ol style="list-style-type: none"><li>5. Το βάρος και οι διαστάσεις του δοχείου θα πρέπει να ευνοούν την φορητότητά του (ιδανικό βάρος γεμάτου δοχείου &lt;22 Kg, ιδανικές διαστάσεις ύψος&lt;60 cm και διάμετρος &lt;32 cm).</li><li>6. Το δοχείο θα πρέπει να έχει αυτονομία άνω των 25 ημερών.</li><li>7. Το δοχείο θα πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων (medical CE) καθώς και με τους διεθνείς κανονισμούς μεταφορών επικινδύνων υλικών (ADR, IATA-OACI, RID).</li><li>8. Να κατατεθούν οι προβλεπόμενες σημάνσεις ποιότητας (ISO, CE) του κατασκευαστή, του προμηθευτή και του προϊόντος.</li></ol>
Τροχήλατη βάση μεταφοράς
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Η τροχήλατη βάση θα πρέπει να είναι συμβατή με το δοχείο υγρού αζώτου ξηρής μεταφοράς (dry shipper) για την μετακίνηση του επί επίπεδης επιφάνειας.</li><li>2. Η τροχήλατη βάση θα πρέπει να αποτελείται από 5 ρόδες, εκ των οποίων οι να 2 διαθέτουν φρένο.</li></ol>

Η συνολική αξία της προμήθειας προϋπολογίζεται έως του ποσού των **1.660,00** ευρώ πλέον Φ.Π.Α.(**2.058,4 €** με ΦΠΑ)

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα έσοδα του προγράμματος «**Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του λαβρακιού έναντι της ιογενούς νευρικής νέκρωσης από b-nodavirus, με δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης**» με κωδικό **92.320001**.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντιστοιχών προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας. Η προσφορά θα κατατίθεται στη Γραμματεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα, κτίριο 3 Διοίκησης, αυτοπροσώπως ή με συστημένο φάκελο, κάθε εργάσιμη ημέρα από 9.00 π.μ- 14.00 μ.μ μέχρι την **Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019**, και ώρα 14.00 μ.μ και θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

1. Το ύψος της οικονομικής προσφοράς.
2. Ο χρόνος παράδοσης.
3. Η διάρκεια εγγύησης.

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Κατά την πληρωμή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μυλωνά, τηλ: 210 64 78 859 e-mail: [smilona@pasteur.gr](mailto:smilona@pasteur.gr)

Η Πρόεδρος του Ε.Ι.Π.

Ομότιμη Καθηγ. Φωτεινή Στυλιανοπούλου

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από  
ΦΟΤΕΙΝΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  
Ημερομηνία: 2019.01.29 15:57:08  
ΕΕΤ

